

ПОС-77М прибор для определения содержания фактических смол в моторном топливе



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

## Прибор для определения содержания фактических смол в моторном топливе ПОС-77М



**Временно недоступен к заказу**

### Назначение прибор для определения содержания фактических смол в моторном топливе ПОС-77М:

Прибор **ПОС-77М** предназначен для определения содержания фактических смол в моторном топливе (керосин, дизельное топливо) по методике, указанной в ГОСТ 8489-85. Прибор применяется в заводских лабораториях, научно - исследовательских институтах и лабораториях нефтебаз.

### Принцип действия прибор для определения содержания фактических смол в моторном топливе ПОС-77М:

Метод заключается в выпаривании испытуемого топлива под струёй водяного пара с последующим определением веса осадка и служит для условной оценки склонности топлива к смолообразованию при его применении в двигателе. Прибор позволяет проводить 2 параллельных испытания одновременно.

### Технические характеристики прибор для определения содержания фактических смол в моторном топливе ПОС-77М:

| Параметр  | Значение         |
|---|------------------|
| Автоматическая поддержка температурных режимов:<br>-для керосина<br>-для дизельного топлива | 180 °C<br>225 °C |
| Время выхода на режим, не более   | 60 мин           |
| Электрическое питание, частота  | ~220 В, 50 Гц    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Потребляемая мощность | 700 Вт   |
| Габариты (ДхШхВ)      | 440x300x230 мм; 540x300x240 мм (с холодильником) |
| Масса, не более       | 22 кг (с холодильником)                          |

### Комплект поставки ПОС-77М:

| № | Наименование  | Количество |
|---|---|------------|
| 1 | Прибор для определения содержания фактических смол в моторном топливе ПОС-77М | 1          |

### Дополнительная комплектация ПОС-77М:

(Поставляется за отдельную плату)

.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}

| № | Наименование   |
|---|--|
| 1 | ГСО 8645-2005 для ПОС-77М                            |
| 2 | Программа и методика аттестации (текстовый документ) |

---

#### Москва

8 800 222-91-11  
info@1ep.ru

#### Новосибирск

+7 (383) 280-42-43  
nsk@1ep.ru

#### Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11  
ekb@1ep.ru

#### Иркутск

+7 (3952) 19-91-61  
irk@1ep.ru

#### Казахстан

+7 (708) 748-69-93  
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование